

Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie sfalszowanych wyrobów medycznych - światłoutwardzalnych systemów wiążących Prime&Bond NT firmy Dentsply de Trey GmbH, Niemcy, które mogą znajdować się w obrocie także na terytorium RP

Submitted by marpie on Tue, 26/04/2016 - 14:55



PREZES

**Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**

Grzegorz Cessak

KOMUNIKAT

**PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW
MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 26 kwietnia 2016 r.**

w sprawie sfalszowanych wyrobów medycznych - światłoutwardzalnych systemów wiążących Prime&Bond NT firmy Dentsply de Trey GmbH, Niemcy, które mogą znajdować się w obrocie także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes Urzędu otrzymał informację od niemieckiego organu kompetentnego ds. wyrobów medycznych na temat sfalszowanych wyrobów medycznych Prime&Bond NT firmy Dentsply de Trey GmbH, Niemcy, które mogą znajdować się w obrocie także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sfalszowane wyroby oznakowane są numerem serii LOT 1511000479 a opakowanie numerem 60667240. Według otrzymanych informacji sfalszowane wyroby wykazują mniejsze zdolności adhezji do tkanek w stosunku do oryginalnego wyrobu. Sfalszowane wyroby nie powinny być stosowane w żadnym wypadku, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla pacjentów i personelu. W załączniku przedstawiono wzory oznakowania wyrobów oryginalnych i sfalszowanych wraz ze wskazaniem różnic.

Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie sfalszowanych wyrobów

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

/-/ Grzegorz Cessak

Załącznik:  [Załącznik.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/1820>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik.pdf>