

Notatka bezpieczeństwa firmy Ortho Clinical Diagnostics dotycząca uaktualnienia rodzaju próbek zalecanych w oznaczeniach przy użyciu slajdów VITROS DGXN

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 10/07/2012 - 09:59

Załącznik:  [Notatka_bezp._cz.3__Ortho_10.07.2012.pdf](#) [1]

 [Notatka_bezp._cz.2__Ortho_10.07.2012.pdf](#) [2]

 [Notatka_bezp._cz.1__Ortho_10_07_2012__2_.pdf](#) [3]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/1915>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_bezp._cz.3__Ortho_10.07.2012.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_bezp._cz.2__Ortho_10.07.2012.pdf

[3] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_bezp._cz.1__Ortho_10_07_2012__2_.pdf