

Notatka bezpieczeństwa firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i z używania cewnik

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i z używania cewnika podpajęczynówkowego z bezszwowym łącznikiem, modele 8709SC, 8731SC, 8596SC, 8578 z datą ważności do 25 sierpnia 2014 r.

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 11/06/2013 - 08:21

Załącznik:  [FSN_Medtronic_11.06.2013.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2197>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_11.06.2013.pdf