

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca interferencji

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca interferencji fluoresceiny w testach ADVIA Centaur TSH3 Ultra, ADVIA Centaur Vitamin D i ADVIA Centaur BRAHMS Procalcitonin

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 16/05/2014 - 14:13

Załącznik:  [FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_16.05.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2522>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_16.05.2014.pdf