

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca niepoprawności

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca niepoprawnych parametrów demograficznych pacjenta w analizatorach immunochemicznych ADVIA Centaur oraz ADVIA Centaur XP

Submitted by urpl_redaktor on Mon, 15/09/2014 - 10:04

Załącznik:  [FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_15.09.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2629>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_15.09.2014.pdf