

Notatka bezpieczeństwa firmy Zimmer dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii trzpieni proksymalnych wylotowych Revitan (rozmiar 55-105) oraz trzpieni proksymalnych cylindrycznych Revitan (rozmiar 55-105)

Submitted by urpl_redaktor on Mon, 21/03/2016 - 10:28

Załącznik:  [FSN_Zimmer_21.03.2016szpital.pdf](#) [1]

 [FSN_Zimmer_21.03.2016.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3134>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Zimmer_21.03.2016szpital_0.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Zimmer_21.03.2016.pdf