

Notatka bezpieczeństwa firmy Abbott Ireland Diagnostics Division dotycząca fałszywie zawyżonych wyników testu ARCHITECT Estradiol (nr kat. 7K72) w próbkach od pacjentek otrzymujących fulwestrant (Faslodex)

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 07/04/2016 - 11:41

Załącznik:  [FSN_Abbott_Ireland_Diagnostics_Division_07.04.016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3157>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_Ireland_Diagnostics_Division_07.04.016.pdf