

Notatka bezpieczeństwa firmy Merge Healthcare dotycząca ryzyka utraty danych w przypadku skanowania oprogramowania Eye Station (ES) oraz Eye Care PACS (ECP) programem antywirusowym

Submitted by andkar on Fri, 16/09/2016 - 15:27

Załącznik:  [FSN_Merge Healthcare_16.09.2016_061.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3390>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Merge%20Healthcare_16.09.2016_061.pdf