

Notatka bezpieczeństwa firmy Abbott dotycząca wzrostu liczby wyników niejednoznacznych lub fałszywie reaktywnych w określonych partiach testów ARCHITECT Toxo IgM (nr kat. 6C20-25 i 6C20-35) w przypadku niektórych rodzajów próbek

Submitted by andkar on Fri, 02/12/2016 - 09:26

Załącznik:  [FSN_Abbott_02.12.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3508>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_02.12.2016.pdf