

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca nieprawidłowych jednostek stężenia biotyny w ulotce odczynnikowej testów Dimension TNI, Dimension Vista DIGXN, E2, FERR, PRL oraz TSH

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 21/04/2017 - 15:37

Załącznik:  [FSN_Siemens_21.04.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3796>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_21.04.2017.pdf