

Notatka bezpieczeństwa firmy Abbott dotycząca aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Abbott dotycząca aktualizacji oprogramowania zabezpieczającej przed nieupoważnioną komunikacją radiową ze stymulatorami serca Accent / Anthem, Accent MRI / Accent ST, Assurity / Allure i Assurity MRI

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 01/09/2017 - 13:05

Załącznik:  [FSN_Abbott_01.09.2017a.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4022>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_01.09.2017a_0.pdf