

Eligard (octan leuproreliny) - błędy medyczne związane z wyciekami z igły (z powodu zbyt mocnego dokręcania igły z osłoną zabezpieczającą)

Submitted by admin on Tue, 12/12/2017 - 09:08

 [Eligard DHPCDec2017.pdf](#) [1]

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4178>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Eligard%20DHPCDec2017_0.pdf