

**Notatka bezpieczeństwa firmy DiaSys Diagnostic Systems GmbH
dotycząca interferencji sulfasalazyny i sulfapirydyny w testach
ALAT (GPT) FS (IFCC mod.), ATP Hexokinase FS, CK-MB FS
oraz GLDH FS DGKC**

Submitted by admin on Thu, 14/06/2018 - 13:07

Załącznik:  [FSN_DiaSys Diagnostic Systems_14.06.2018.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_DiaSys_Diagnostic_Systems_14.06.2018.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4551>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_DiaSys%20Diagnostic%20Systems_14.06.2018.pdf