

Notatka bezpieczeństwa (SBN-CPS-2018-014) firmy Roche Diagnostics dotycząca odchylenia wysokich (>4.5) wyników INR przy użyciu niektórych serii pasków testowych CoaguChek XS PT, CoaguChek XS PT PST, CoaguChek PT

Submitted by admin on Fri, 28/09/2018 - 10:28

Załącznik:  [FSN_Roche_28.09.2018_List_informacyjny_pacjenta.pdf](#) [1]

 [FSN_Roche_28.09.2018.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4742>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche_28.09.2018_List%20informacyjny%20pacjenta.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche_28.09.2018.pdf