

KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie sfalszowanego wyrobu medycznego - Bipolar forceps, straight, 160 mm, 8 mm REF 605-039, lot 816/160, wytwórcy BOWA-electronic GmbH & Co. KG, Niemcy

Submitted by admin on Fri, 18/01/2019 - 14:02



PREZES

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

KOMUNIKAT

PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,

WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 18 stycznia 2019 roku

w sprawie sfalszowanego wyrobu medycznego - Bipolar forceps, straight, 160 mm, 8 mm REF 605-039, lot 816/160, wytwórcy BOWA-electronic GmbH & Co. KG, Niemcy

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych otrzymał informację o sfalszowanym wyrobie medycznym - Bipolar forceps, straight, 160 mm, 8 mm REF 605-039 (pęseta bipolarna), wytwórcy BOWA-electronic GmbH & Co. KG, Niemcy. Wyroby mogą znajdować się w obrocie również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sfalszowany wyrób jest oznakowany numerem serii 816/160. Według otrzymanych informacji sfalszowany wyrób posiada ciemniejszy odcień koloru niebieskiej izolacji (ciemniejszy od wcześniej produkowanych wyrobów ww. wytwórcy), oraz ma niestaranne wykończenie końcówki pęsety. Ponadto oznakowanie sfalszowanego wyrobu różni się od oryginalnego tym, że numer REF 605-039 oraz znak CE z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej 0123 został umieszczony w innym miejscu wyrobu.

W załączeniu wzory oznakowań i zdjęcia sfalszowanej i oryginalnej pęsety bipolarnej.

Załącznik:  [Wzory oznakowań i zdjęcia wyrobu oryginalnego i sfalszowanego.pdf.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4915>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Wzory%20oznakowa%C5%84%20i%20zdj%C4%99cia%20wyrobu%20oryginalnego%20i%20sf%C5%82szowanego.pdf.pdf>