

Notatka bezpieczeństwa (01/2019) firmy EMED Sp. z o.o. dotycząca ryzyka braku kompatybilności RF aparatu elektrochirurgicznego do artroskopii (ref. 11010042) i jednorazowych, bipolarnych elektrod, których wytwórcą jest MEDEVO s.r.o.

Submitted by admin on Thu, 30/05/2019 - 15:14

Załącznik:  [FSN_EMED_30.05.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5136>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_EMED_30.05.2019.pdf