

Notatka bezpieczeństwa firmy Fresenius Medical Care dotycząca wycofania z obrotu i z uż

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Fresenius Medical Care dotycząca wycofania z obrotu i z używania linii krwi 4008 (AV-Set B-R F00001124 oraz AV-Set SRB-R F00000257) z powodu wycieku krwi

Submitted by admin on Wed, 11/09/2019 - 16:01

Załącznik:  [FSN_Fresenius_11.09.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5332>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Fresenius_11.09.2019.pdf