

Notatka bezpieczeństwa (FSN 2018-IGTBST-015) firmy Philips Medical Systems dotycząca generatora promieniowania RTG Velara, który wchodzi w skład systemów Allura Xper, Integris, MultiDiagnost Eleva i OmniDiagnost, dostarczonych w latach 2010 - 2014

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 24/01/2020 - 08:55

Załącznik:  [FSN_Philips_23.01.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5501>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_23.01.2020.pdf