

## **Notatka bezpieczeństwa (ACHC-20-02.A.OUS.DM) firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca interferencji eltrombopagu z odczynnikami Dimension Total Bilirubin (TBI) Flex do oznaczania bilirubiny całkowitej**

Submitted by urpl\_redaktor on Tue, 10/03/2020 - 13:16

**Załącznik:**  [FSN\\_Siemens1\\_10.03.2020.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5579>

### **Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Siemens1\\_10.03.2020.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens1_10.03.2020.pdf)