

Notatka bezpieczeństwa (ACHC-20-02.A.CHC) firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca interferencji Eltrombopagu z testami do oznaczania bilirubiny bezpośredniej (DBIL_2) oraz bilirubiny całkowitej (TBIL_2), stosowanymi z systemami ADVIA Chemistry

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 10/03/2020 - 13:17

Załącznik:  [FSN_Siemens3_10.03.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5581>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens3_10.03.2020.pdf