

**Notatka bezpieczeństwa firmy DiaSys Diagnostic Systems
dotycząca interferencji ze strony fenindionu w testach
przebieganych z użyciem Creatinine PAP FS (kod produktu
11759...) oraz Uric Acid FS TBHBA (kod produktu: 13021...)**

Submitted by urpl_redaktor on Mon, 04/05/2020 - 12:20

Załącznik:  [FSN_DiaSys_4.05.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5690>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_DiaSys_4.05.2020.pdf