

Notatka bezpieczeństwa (ACHC20-06.A.OUS) firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca interferencji ze strony NAPQI w oznaczeniach fruktozoaminy (test Atellica CH Fructosamine) oraz w oznaczeniach kreatyniny (test Enzymatic Creatinine_2)

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 17/06/2020 - 09:49

Załącznik:  [FSN_Siemens_17.06.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5758>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_17.06.2020.pdf