

Notatka bezpieczeństwa (CL2020-308_EU) firmy Ortho Clinical Diagnostics dotycząca interferencji leku eltrombopag w oznaczeniach z użyciem slajdów VITROS Chemistry Products TP i VITROS XT Chemistry Products ALB-TP

Submitted by m.koszewski on Mon, 08/03/2021 - 11:06

Załącznik:  [FSN_Ortho Clinical Diagnostics_5.03.2021.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6173>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Ortho%20Clinical%20Diagnostics_5.03.2021.pdf