

Notatka bezpieczeństwa (FA977) firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i z używania

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FA977) firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i z używania cewników wprowadzających EnVeo R i EnVeo PRO wyprodukowanych przed 11 lipca 2020 r. lub z nr partii 10281657

Submitted by m.koszewski on Thu, 01/07/2021 - 14:55

Załącznik:  [FSN_Medtronic_29.06.2021 \(1\).pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6401>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_29.06.2021%20%281%29.pdf