

Notatka bezpieczeństwa (60982) firmy GE Healthcare dotycząca aplikacji Sagittal VIBRANT ze współczynnikiem NoSlabWrap większym niż 1,0 używanej w niektórych systemach rezonansu magnetycznego

Submitted by m.koszewski on Fri, 17/09/2021 - 15:17

Załącznik:  [FSN_GE_17.09.2021.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6542>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_17.09.2021.pdf