

Notatka bezpieczeństwa (60983) firmy GE Healthcare dotycząca instalacji wentylacji układu chłodzenia dla aparatów MRI wyposażonych w magnesy nadprzewodzące

Submitted by admin on Thu, 03/02/2022 - 15:18

Załącznik:  [FSN_GE_3.02.2022.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6809>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_3.02.2022.pdf