

Notatka bezpieczeństwa (AIMC 23-01.A.OUS) firmy Siemens Healthineers (Healthcare) dotycząca odchylenia ujemnego przy korzystaniu z zestawów odczynników wyrobu Atellica IM fPSA o numerach serii kończących się na 104

Submitted by m.koszewski on Fri, 16/12/2022 - 15:44

Załącznik:  [FSN_SIEMENS_2022_12_AIMC 23-01.A.OUS_.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7386>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_SIEMENS_2022_12_AIMC%2023-01.A.OUS_.pdf