

Notatka bezpieczeństwa (GEHC 40901) firmy GE Healthcare wzywająca użytkowników do zaprzestania użytkowania określonych systemów serii 600/800 medycyny nuklearnej do czasu zakończenia ich kontroli.

Submitted by m.koszewski on Thu, 12/01/2023 - 15:49

Załącznik:  [FSN_GE Healthcare_2022_12_18_GEHC 40901.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7424>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare_2022_12_18_GEHC%2040901.pdf