

Notatka bezpieczeństwa (GEHC 76194) firmy GE Healthcare informująca o obowiązku okresowej wymiany baterii w niektórych systemach Vivid S5, Vivid S5 N, Vivid S6, Vivid S6 N, Vivid i, Vivid i N, Vivid q, Vivid q N

Submitted by m.koszewski on Thu, 19/01/2023 - 13:59

Załącznik:  [FSN_GE Healthcare_2023_01_09_GEHC 76194.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7439>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare_2023_01_09_GEHC%2076194.pdf