

## **Notatka bezpieczeństwa firmy DiaSys dotycząca wycofania z obrotu i z używania standard**

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

---

## **Notatka bezpieczeństwa firmy DiaSys dotycząca wycofania z obrotu i z używania standardów etanolu FS: Ethanol Standard FS 1.0 mg/ml (nr kat.: 1 4030 ... LOT: 33835) oraz Ethanol Standard FS 2.0 mg/ml (nr kat.: 1 4040 ... LOT: 33836)**

Submitted by m.koszewski on Thu, 09/02/2023 - 13:58

**Załącznik:**  [FSN\\_DiaSys \(Medan\)\\_2022\\_12\\_22.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7468>

### **Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_DiaSys%20%28Medan%29\\_2022\\_12\\_22.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_DiaSys%20%28Medan%29_2022_12_22.pdf)