

Notatka bezpieczeństwa (GEHC 37206) firmy GE Healthcare dotycząca wyświetlania niedokładnej wartości CO2 w

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (GEHC 37206) firmy GE Healthcare dotycząca wyświetlania niedokładnej wartości CO2 w konkretnych warunkach ustawienia monitorów pacjenta B105P/B125P (B1x5P) i B105M/B125M/B155M (B1x5M)

Submitted by m.koszewski on Fri, 17/02/2023 - 14:16

Załącznik:  [FSN_GE Healthcare_2022_12_21_GEHC 37206.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7484>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare_2022_12_21_GEHC%2037206.pdf