

Notatka bezpieczeństwa (AX062/22/S) firmy Siemens Healthcare GmbH dotycząca potencjalnego problemu z uruchamianiem systemu Artis zee / Artis Q / Artis Q.zen z oprogramowaniem w wersji VD12A po nagłym wyłączeniu systemu

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (AX062/22/S) firmy Siemens Healthcare GmbH dotycząca potencjalnego problemu z uruchamianiem systemu Artis zee / Artis Q / Artis Q.zen z oprogramowaniem w wersji VD12A po nagłym wyłączeniu systemu

Submitted by m.koszewski on Fri, 17/02/2023 - 14:16

Załącznik:  [FSN_Siemens Healthcare GmbH_2022_12_AX022_22_S \(1\).pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7485>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens%20Healthcare%20GmbH_2022_12_AX022_22_S%20%281%29.pdf