

Notatka bezpieczeństwa CT083/22/S firmy Siemens dotycząca odwracania kolejność etyki

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa CT083/22/S firmy Siemens dotycząca odwracania kolejność etykiet orientacyjnych przez aplikację interwencyjną myNeedle Guide, wchodzącą w skład oprogramowania syngo.CT VA40 i syngo.CT VA50.

Submitted by m.koszewski on Fri, 07/04/2023 - 09:46

Załącznik:  [FSN_Siemens_2023_01_19_myNeedle Guide.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7570>

Links

[1]

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_2023_01_19_myNeedle%20Guide.pdf