

**Notatka bezpieczeństwa2023-CC-HPM-004 firmy Philips
dotycząca monitora parametrów życiowych EarlyVue VS30 nr
kat. 863359 i monitora pacjenta EarlyVue VS30 nr kat. 863380 .
Brak alarmu informującego o konieczności kalibracji.**

Submitted by m.koszewski on Fri, 14/04/2023 - 16:19

Załącznik:  [FSN_Philips_2023_03_24_EarlyVue VS30.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7584>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2023_03_24_EarlyVue%20VS30.pdf