

Notatka bezpieczeństwa (AX012/23/S) firmy Siemens informująca o konieczności wymiany osłony monobloku w systemie Cios Select VA21 z detektorem płaskim i o zasadach używania wyrobu do czasu jej przeprowadzenia.

Submitted by m.koszewski on Thu, 15/06/2023 - 16:12

Załącznik:  [FSN_SIEMENS_2023-05_AX012_23_S.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7665>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_SIEMENS_2023-05_AX012_23_S.pdf