

Notatka bezpieczeństwa firmy Medline International France (FSCA-23/02) wzywająca użytkowników zestawu osłon na sondy Medline do nieużywania żelu do ultrasonografii Turkuaz dołączonego do zestawu

Submitted by m.koszewski on Fri, 21/07/2023 - 13:25

Załącznik:  [FSN_Medline_2023_05_16.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7738>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medline_2023_05_16.pdf