

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthineers (Healthcare) (ACHC23-01.C.OUS) dotycząca odchyień wyników oznaczeń magnezu (Mg) w testach DLDL, TP, Trig, Trig_2 na analizatorze Atellica® CH 930 - aktualizacja notatki z dnia 25.01.2023

Submitted by m.koszewski on Thu, 17/08/2023 - 15:14

Załącznik:  [FSN_Siemens Healthineers \(Healthcare\) ACHC23-01.C.OUS_2023_07.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7785>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens%20Healthineers%20%28Healthcare%29%20ACHC23-01.C.OUS_2023_07.pdf