

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ 36160) firmy GE Healthcare Finland Oy dotycząca przerwania komunikacji między ramą F2-01 a wieloparametrowym monitorem pacjenta CARESCAPE ONE i CARESCAPE Canvas 1000

Submitted by m.koszewski on Tue, 07/11/2023 - 15:50

Załącznik:  [FSN_GE Healthcare Finland Oy_2023_09.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7855>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare%20Finland%20Oy_2023_09.pdf