

Notatka bezpieczeństwa (FA1367) firmy Medtronic dotycząca ryzyka wstrzymania podawania

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FA1367) firmy Medtronic dotycząca ryzyka wstrzymania podawania leku przez pompę SynchronMed II model 8637 podczas diagnostyki z użyciem rezonansu magnetycznego.

Submitted by m.koszewski on Fri, 22/12/2023 - 13:43

Załącznik:  [FSN_Medtronic_13.12.2023.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7930>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_13.12.2023.pdf