

Notatka bezpieczeństwa (GE HealthCare nr ref: 87010) firmy GE HealthCare dotycząca błędów pomiaru urządzenia Dual Live Compare w systemach ultrasonograficznych bkActiv 2300.

Submitted by m.koszewski on Fri, 05/01/2024 - 16:01

Załącznik:  [FMI 87010_FSN_Polish_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7954>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FMI%2087010_FSN_Polish_PL.pdf