

Notatka bezpieczeństwa (QARA-INFO-42 rev 01) firmy Thermo Fisher Scientific Oy dotycząca ryzyka uzyskania fałszywie zaniżonych wyników oznaczenia mocznika przy użyciu określonych serii testu in vitro Urea nr kat. 981954

Submitted by m.koszewski on Fri, 12/01/2024 - 16:01

Załącznik:  [FSN DNB.444.9.2024.JR QARA-INFO-42 981954 Urea.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20DNB.444.9.2024.JR%20QARA-INFO-42%20981954%20Urea.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7956>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20DNB.444.9.2024.JR%20QARA-INFO-42%20981954%20Urea.pdf>