

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 2023-001) firmy Bio Rad dotycząca obniżenia czułości antygenu HCV dla określonych partii testów Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA V2 nr kat. 72561, 72562.

Submitted by m.koszewski on Fri, 12/01/2024 - 16:05

Załącznik:  [FSN PL Zgłoszenie bezpieczeństwa produktu.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7960>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20PL%20Zg%C5%82oszenie%20bezpiecze%C5%84stwa%20produktu.pdf>