

Notatka bezpieczeństwa (ZFA2023-00275) firmy Zimmer Surgical Inc dotycząca wycofania z obrotu i z używania, z powodu błędnego wzoru krawędzi, nośników do przeszczepów skóry Dermacarriers II 3:1 o numerach serii 65292843, 65390419.

Submitted by admin on Thu, 18/01/2024 - 15:37

Załącznik:  [ZFA2023-00275_EMEA Hospital FSN_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7973>

Links

[1]
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/ZFA2023-00275_EMEA%20Hospital%20FSN_PL.pdf