

Notatka bezpieczeństwa (FA1388) firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i używania określonych partii kabli czujników wielokrotnego użytku INVOS PM7100 nr kat. PMAC71RSC i PMAC71RIC z powodu ryzyka braku lub błędnych wskazań saturacji.

Submitted by j.piliszczuk on Tue, 23/01/2024 - 08:13

Załącznik:  [DNB.444.15.2024.JR FSN nr. FA1388 Medtronic kable czujników wielokrotneg....pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7984>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.15.2024.JR%20FSN%20nr.%20FA1388%20Medtronic%20kable%20czujnik%C3%B3w%20wielokrotneg....pdf>