

Notatka bezpieczeństwa (C&R 2023-PD-CTAMI-011) firmy Philips dotycząca ryzyka przytr

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (C&R 2023-PD-CTAMI-011) firmy Philips dotycząca ryzyka przytrzaśnięcia kończyny pacjenta podczas korzystania z funkcji zaprogramowanego ruchu w systemach BrightView SPECT, BrightView X i BrightView XCT.

Submitted by j.piliszczyk on Tue, 23/01/2024 - 08:16

Załącznik:  [FSN_Philips_28.12.2023.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7986>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_28.12.2023.pdf