

**Notatka bezpieczeństwa (FSCA 0124 R100) firmy Bexen Cardio
ws. ryzyka niewykonania defibrylacji z powodu wskazywania
wyższego niż rzeczywiste stanu naładowania akumulatora
defibrylatora Reanibex 100 z oprogramowaniem wersji 2.06 lub
niższej.**

Submitted by j.piliszczuk on Wed, 24/01/2024 - 08:39

Załącznik:  [DNB.444.39.2024.JR FSN ref. FSCA 0124 R100 firma Bexen Cardio Reanibex
1....pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7991>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.39.2024.JR%20FSN%20ref.%20FSCA%200124%20R100%20firma%20Bexen%20Cardio%20Reanibex%201....pdf>