


## **Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 07/2023) firmy LimaCorporate dotycząca umieszczenia n**

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

---

## **Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 07/2023) firmy LimaCorporate dotycząca umieszczenia na płytce piszczelowej Physica TT błędnego, dodatkowego oznaczenia, które może wprowadzać w błąd co do rozmiaru wyrobu.**

Submitted by j.piliszczuk on Wed, 24/01/2024 - 08:44

**Załącznik:**  [FSCA-07-2023\\_FSN-PL.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7992>

### **Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSCA-07-2023\\_FSN-PL.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSCA-07-2023_FSN-PL.pdf)