

Notatka bezpieczeństwa firmy Globus Medical dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii i modeli sterylnie pakowanych kraniotomów z powodu ryzyka potencjalnego naruszenia sterylności opakowania.

Submitted by m.koszewski on Wed, 21/02/2024 - 12:13

Załącznik:  [DNB.444.40.2024.JR FSN ref. FSCA-2024-002 firma Globus Medical kraniotom.pdf](#)

[1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8048>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.40.2024.JR%20FSN%20ref.%20FSCA-2024-002%20firma%20Globus%20Medical%20kraniotom.pdf>