

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FSCA Novosyn) firmy B. Braun Surgical S.A.U. dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii i modeli nici chirurgicznych Novosyn z powodu ryzyka naruszenia szczelności opakowania.

Submitted by m.koszewski on Tue, 12/03/2024 - 15:27

Załącznik:  [FSCA Novosyn PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8079>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSCA%20Novosyn%20PL.pdf>