

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: letter_NC2688) firmy Coris BioConcept dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii (50102I2305 i 50485K2321) testu RESIST ACINETO (nr ref. K-15R13) ze względu na wysokie stężenie analitu OXA-23.

Submitted by m.koszewski on Tue, 12/03/2024 - 15:34

Załącznik:  [Declaration Letter_RESIST ACINETO_20240220-PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8086>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Declaration%20Letter_RESIST%20ACINETO_20240220-PL.pdf